CODAN

IBPM

DPT-6000
(DPT-6003 & DPT-6009)

DPT-9000/Xtrans®
(DPT-9003 & DPT-9009)

Quick Guide

Bloedafname **NBSS^{XL}** –
Needle-free **B**lood **S**ampling
System (6 ml)



I. Voorbereiden / vullen met NBSS^{XL}

Set	Reservoir	SWAN Switch



1. Vul de drukmetingset.





2. Draai tijdens het vullen het reservoir langzaam driekwartslag (270°) open door naar links te draaien en draai het weer terug.

3. Vul de SWAN Switch volledig zonder luchtbellen.

4. Zet de SWAN Switch in drukmeetstand.

II. Bloedafname NBSS^{XL}

13.4.5

* Voor de toepassing worden vergrendelbare **Luer-locksystemen** aanbevolen. Bij gebruik van **Luer-slipsystemen** moet erop worden gelet dat deze heel voorzichtig en met een **draai van 90°** op de zij-uitgang worden aangesloten.

1. Desinfecteer de afnameplek. Let op de inwerktijd!



2. Zet de SWAN Switch in spoelstand.

3. Sluit de 1-wegkraan.

4. Draai het reservoir langzaam helemaal open door naar links te draaien.

5. Sluit de afnamecontainer goed aan. *

6. Zet de SWAN Switch in afnamestand. *

7. Trek het bloedmonster op. *

8. Zet de SWAN Switch in drukmeetstand. *

9. Ontkoppel de afnamecontainer. *

III. Reïnfusie & spoelen

1. Draai het reservoir langzaam helemaal terug door naar rechts te draaien.

2. Open de 1-wegkraan.

3. Desinfecteer de afnameplek.



4. Zet de SWAN Switch in spoelstand.

5. Spoel de NBSS^{XL}.

6. Zet de SWAN Switch in drukmeetstand.



7. Draai het reservoir langzaam driekwartslag (270°) open door naar links te draaien en draai weer terug.



8. Visuele controle: spoelen tot alle bloedresten zijn verwijderd.

9. Spoel de NBSS^{XL}.

10. Controle: controleer drukmeting & aanduiding op de monitor.

Deze Quick Guide informeert u over de belangrijkste handelingsstappen en is geen vervanging voor de inachtneming van de gebruiksaanwijzing. U dient de informatie over het beoogde gebruik evenals de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing absoluut in acht te nemen en op te volgen. De aanwijzingen in de handelingsstappen hebben betrekking op het bijbehorende hoofdstuk en de desbetreffende waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing. Als deze aanwijzingen niet in acht genomen/opgevolgd worden, bestaan er aanzienlijke veiligheidsrisico's voor patiënten, gebruikers en derden. Neem goed nota van de hygiënevoorschriften van uw instelling.

CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18, 85661 Forstinning, Germany
www.codancompanies.com

CH REP CODAN Medical AG
Oberneuhofstrasse 10, 6340 Baar, Switzerland

94.4549.01/2025-10